Integrity® Multi•Cure

Matériel pour couronnes et bridges temporaires

MODE D'EMPLOI – FRANÇAIS

Pour utilisation dentaire uniquement
É.-U. : Disponible sur ordonnance médicale uniquement

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

Le matériau temporaire pour couronnes et bridges Integrity® Multi•Cure est un matériau à deux composants mélangé automatiquement, basé sur des esters méthacryliques multifonctionnels et conçu pour une utilisation temporaire à court et long terme. Le matériau temporaire pour couronnes et bridges Integrity® Multi•Cure contient des photoinitiateurs et des initiateurs autodurcissants, permettant au matériau de durcir seul, mais le praticien peut quand même utiliser une unité de photopolymérisation pour finaliser le durcissement et ainsi réduire la durée de traitement.

1.1 Conditionnement
Le matériau temporaire pour couronnes et bridges Integrity® Multi•Cure est disponible en :
• Cartouches de 76 g pouvant être utilisées dans un pistolet automélangeur 10:1
• 5 teintes – BW, B1, A1, A2, A3.5

1.2 Composition
Remplissage de verre, monomères méthacrylates, catalyseur, photoinitiateur, stabilisateurs

1.3 Indications
• Ouvrages temporaires : couronnes, bridges, onlays, placages
• Usages temporaires à long terme

1.4 Contre-indications
Le matériau temporaire pour couronnes et bridges Integrity® Multi•Cure est contre-indiqué dans le cas de patients ayant déjà présenté des réactions allergiques aux résines méthacrylate.

1.5 Ciments temporaires compatibles
Le matériau temporaire pour couronnes et bridges Integrity® Multi•Cure peut être cimenté avec la plupart des agents de scellement temporaire les plus utilisés. Pour de plus amples informations sur la compatibilité et les techniques spécifiques d'utilisation, voir le Mode d'emploi complet du fabricant. La plupart des ciments temporaires contenant de l'eugénol sont compatibles avec le matériau temporaire pour couronnes et bridges Integrity® Multi•Cure. Cependant, ils peuvent avoir un effet adverse sur les systèmes de scellement contenant de la résine choisis pour la cimentation de la restauration finale.

1.6 Matériaux de restauration compatibles
Le matériau temporaire pour couronnes et bridges Integrity® Multi•Cure est chimiquement compatible avec les matériaux de restauration composites classiques à base de méthacrylate utilisés pour les réparations marginales et les contours esthétiques et/ou pour l'obscurcissement personnalisé d'une couronne temporaire. Pour de plus amples informations sur la compatibilité et les techniques spécifiques d'utilisation, voir le Mode d'emploi complet du fabricant.

1.7 Spécifications techniques et synchronisation générale d'utilisation du matériau
Fabrication intra-buccale/polymérisation extra-buccale, finition, polissage :
- Immédiatement avant chaque usage . . . . . Purger la cartouche avant d'insérer un nouvel embout de mélange
- 0 - 15 secondes . . . . . Matériau appliqué sur l'empreinte préliminaire
- 15 - 45 secondes . . . . . Matériau inséré dans la bouche
- 1 min 30 sec – 2 min 15 sec . . . . . Retrait de la bouche

Durcissement d'une restauration :
PHOTOPOLYMÉRISATION – Sortie spectrale contenant 450 nm, puissance lumineuse d'au moins 400 mW/cm²
• 20 secondes par unité avec lampe manuelle de photopolymérisation OU 60 secondes dans un four de durcissement à la lumière extra-buccal

AUTODURCISSEMENT CHIMIQUE :
• 5 minutes

2. CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Veuillez prendre en compte les remarques générales de sécurité suivantes et les remarques particulières de sécurité figurant dans les autres sections du présent mode d'emploi.

ATTENTION

Symbole d'alerte de sécurité
Ce symbole accompagne les alertes de sécurité, lesquelles signalent des dangers de blessure. Pour éviter les blessures, observer les consignes de sécurité indiquées par ce symbole.

2.1 Avertissements
1. Le matériau temporaire pour couronnes et bridges Integrity® Multi•Cure contient des méthacrylates polymérisables qui peuvent être irritants pour la peau, les yeux et la muqueuse buccale, ainsi que provoquer une dermatite allergique de contact chez les sujets sensibles.
   - Éviter le contact avec les yeux afin de prévenir toute irritation et tout dégât de la cornée. En cas de contact aves les yeux, rincer immédiatement avec beaucoup d'eau et consulter un médecin.
   - Éviter le contact avec la peau afin de prévenir toute irritation et toute réaction allergique. En cas de contact, des rougeurs risquent d'apparaître à la surface de la peau. En cas de contact avec la peau, retirer immédiatement le matériau avec un coton imbibé d'alcool et nettoyer abondamment au savon et à l'eau. En cas de sensibilisation ou d'éruptions cutanées, interrompre la procédure et consulter un médecin.
   - Éviter tout contact avec les muqueuses/les tissus buccaux afin d'empêcher les inflammations. Si le produit entre en contact avec ces tissus, le retirer immédiatement. Rincer la zone atteinte abondamment à l'eau une fois la restauration terminée et évacuer/faire recracher l'eau. Si la réaction de la muqueuse persiste, consulter immédiatement un médecin.
2. La polymérisation du matériau temporaire pour couronnes et bridges Integrity® Multi•Cure est exothermique. Ne pas appliquer directement sur le tissu de la pulpe dentaire. Ne pas photopolymériser le matériau directement sur ou contre la structure de dent afin d'éviter la surchauffe de la préparation dentaire (voir la procédure détaillée).

2.2 Précautions
1. Ce produit doit être uniquement utilisé conformément aux instructions spécifiques du mode d'emploi. Toute utilisation de ce produit non conforme au mode d'emploi est à l'appréciation et sous l'unique responsabilité du praticien.
2. Porter des vêtements, des gants et des lunettes de protection adaptés. Le port de lunettes de protection est recommandé pour le patient.
3. Les instruments affichant l'inscription « single use » ou « usage unique » sont réservés à un usage unique. Jeter après utilisation. Afin d'éviter les risques de contamination, ne pas réutiliser sur d'autres patients.
4. Le matériau doit s'écouler facilement : NE PAS FORCER. Une pression excessive peut provoquer l'extrusion imprévue du matériau ou la rupture de la cartouche.
5. **Interactions :**
   - Le matériau temporaire pour couronnes et bridges Integrity® Multi•Cure colle efficacement sur la plupart des adhésifs dentaires. L'utilisation d'un adhésif pour dentine/émail sur la préparation avant la fabrication de la pièce de restauration rendra plus difficile l'enlèvement et le nettoyage de la pièce de restauration.
   - Le matériau temporaire pour couronnes et bridges Integrity® Multi•Cure colle efficacement sur la plupart des matériaux de reconstitution en composite ou en méthacrylate fraîchement placés. Les reconstitutions de dents doivent être bien durcies, préparées et rincées avec un puissant jet d'eau/air avant l'application du matériau temporaire pour couronnes et bridges Integrity® Multi•Cure. Si les surfaces n'ont pas été préparées, essuyez-les délicatement avec une gaze imbibée d'alcool, puis rincez avec un jet d'eau/air.
   - Les résidus de matériau temporaire pour couronnes et bridges Integrity® Multi•Cure peuvent nuire à la prise de certains matériaux d'empreinte dentaire ou d'impression d'occlusions en polysiloxane de vinyle. Après la fabrication de la restauration initiale, mais avant l'impression d'empreinte, les préparations dentaires doivent être soigneusement essuyées avec une gaze imbibée d'alcool, puis rincée avec un jet d'eau/air.
   - Les matériaux contenant du peroxyde d'hydrogène et de l'eugénol ne doivent pas être utilisés en association avec ce produit car ils risquent de perturber le durcissement et de provoquer le ramollissement des composants polymères.
   - Le matériau temporaire pour couronnes et bridges Integrity® Multi•Cure est photopolymérisable. Il doit dont être protégé de la lumière ambiante.

2.3 Effets indésirables
• Ce produit peut provoquer une irritation des yeux et de la peau. **Contact avec les yeux :** danger d'irritation et de lésions de la cornée. **Contact avec la peau :** danger d'irritation et de réaction allergique. Des rougeurs peuvent être observées sur la peau. **Muqueuses :** danger d'inflammation (voir Avertissements).
• Ce produit peut avoir des effets sur la pulpe (voir Avertissements).

2.4 Conditions de stockage
La durée d'utilisation du matériau risque d'être réduite s'il est stocké dans de mauvaises conditions, et il risque de ne plus réagir comme prévu. Conserver le matériau à l'abri de la lumière directe du soleil, dans un endroit bien aéré et à une température de 15-25°C (59-77°F). Laisser le matériau atteindre la température ambiante de la pièce avant de l'utiliser. Protéger de l'humidité. Ne pas congeler. Ne pas utiliser après la date de péremption.

3. PROCÉDURE D'UTILISATION DÉTAILLÉE

Instructions avec système de distribution à pistolet et à cartouche
1. Insérer la cartouche dans le pistolet distributeur
2. Purger la cartouche avant d'insérer un nouvel embout de mélange
3. Distribution
   Presser sur le déclencheur du pistolet dispensateur par pression modérée et continue afin de commencer à mélanger/faire sortir le matériau. Faire couler une petite quantité de matériau sur un bloc de mélange et le jeter. Appliquer immédiatement.
4. Désinfecter le pistolet à cartouche, la cartouche et l'embout de mélange, puis ranger tous les éléments.

Instructions de restauration temporaire
1. Impression préliminaire
   1.1 Faites une impression en alginate ou en silicone du quadrant incluant la ou les dents devant être réparées, conformément aux directives du fabricant.
   Conseil technique : Il est également possible de construire une matrice formée à vide sur un moule (avec cirage de diagnostic et modification de contour conformément aux indications).
   1.2 Coupez les espaces gingivaux interdentaires sur l'impression préliminaire correspondant aux espaces devant être restaurés pour fournir un substrat utile lors de la finition ultérieure du matériau temporaire pour couronnes et bridges Integrity® Multi•Cure.
2. Préparation de la ou des dents
   2.1 S'assurer que l'épaisseur du matériau a été correctement réduite, particulièrement sur les surfaces occlusales fonctionnelles.
   2.2 Essayer l'impression (ou la matrice formé sous vide) réalisée dans l'étape 1 pour confirmer que son orientation est appropriée. Rincer l'impression, puis la sécher à l'aide d'un jet d'air.
   2.3 Supprimer les zones de contre-dépouilles avec de la cire ou un autre matériau approprié, nettoyer la préparation dentaire avec une gaze imbibée d'alcool et/ou un jet d'eau/air et sécher légèrement. Ne pas dessécher la structure dentaire.
   Conseil technique : Une fine couche de lubrifiant à base d'eau peut être appliquée sur la préparation dentaire pour faciliter l'enlèvement du matériau temporaire pour couronnes et bridges Integrity® Multi•Cure.
3. Mélange et application
   REMARQUE : Laisser le matériau temporaire pour couronnes et bridges Integrity® Multi•Cure atteindre la température ambiante de la pièce avant de l'utiliser.
   3.1 Suivre les instructions de chargement de cartouche, de purge et d'installation de l'embout de mélange. Utiliser uniquement les embouts de mélange inclus.
   3.2 Faire couler une petite quantité de matériau sur un bloc de mélange et le jeter. Sans attendre, commencer à faire sortir le matériau temporaire pour couronnes et bridges Integrity® Multi•Cure directement sur l'impression préliminaire, dans la zone de préparation, en l'injectant d'abord dans la partie la plus profonde de l'impression préliminaire, puis dans les espaces gingivaux, tout en maintenant l'embout de mélange immergé dans le matériau pour éviter la formation de bulles. Replacer l'impression préliminaire dans la bouche du patient selon la position relative appropriée, dans un délai de 45 secondes après de début du mélange.
   3.3 Laisser l'impression en place pendant environ 1 min 30 sec.
4. Retrait de la bouche
   4.1 Enlever l'impression contenant le matériau temporaire pour couronnes et bridges Integrity® Multi•Cure durant la phase d'élasticité ferme. Surveiller attentivement le processus de polymérisation car l'enlèvement de la restauration est possible uniquement durant la phase d'élasticité. **Remarque :** La température de la bouche influence considérablement la durée de durcissement. Si le matériau demeure sur la préparation lorsque l'impression est retirée, il suffit de l'enlever délicatement avec une gaze. Uniquement avec la pression des doigts, déloger la restauration en suivant le contour d'insertion. Ne pas faire basculer ni pivoter la restauration sur la préparation. Ne pas utiliser une pince hémostatique ou une autre pince pouvant déformer la restauration temporaire de couronnes/bridges Integrity® Multi•Cure.
   4.2 Durant la phase d'élasticité, les surplus relativement volumineux peuvent être rapidement coupés avec des ciseaux coupants, en faisant attention de ne pas déformer la restauration ou les marges.
5. Durcissement
   5.1 Ne pas replacer la restauration sur la ou les dents préparées pour le durcissement final. Laisser la restauration telle qu'elle a été retirée de la bouche, à l'intérieur ou à l'extérieur de la matrice, jusqu'à ce qu'elle arrive à son durcissement initial, soit environ 5 minutes après le début du mélange. Il est également possible de durcir la restauration avec une lampe de polymérisation pendant 20 secondes par unité ou de placer l'impression contenant la restauration dans un four de durcissement à la lumière extra-buccal.
6. Finition et polissage
   6.1 Enlever le surplus de matériau et les contre-dépouilles proximales avec des instruments rotatifs.
   6.2 La restauration peut être polie avec de la poudre de pierre ponce et un poli acrylique ou en utilisant le système de finition Enhance® et le système de polissage PoGo® ou le système de pâte de polissage Prisma®•Gloss™ à base de composite (voir le mode d'emploi complet fourni avec les produits de polissage choisis).
7. Scellement de la restauration temporaire
   7.1 Vérifier l'ajustement et l'esthétique de la restauration temporaire de couronne/bridge Integrity® Multi•Cure. Si des ajouts sont nécessaires, se reporter sous « Réparation/modification d'une restauration temporaire ». La surface interne de la restauration doit être propre et sèche avant la cimentation.
   7.2 Pour de plus amples informations sur la compatibilité et les techniques spécifiques d'utilisation, voir le Mode d'emploi complet du fabricant de l'agent de scellement temporaire.

Réparation/modification d'une restauration temporaire
1. Restaurations très récentes
   Pour ajuster les défauts de marge, poncer la surface pour la rendre rugueuse en allant légèrement au-delà de la marge sur la surface de restauration. Appliquer un mélange fraîchement préparé de matériau temporaire pour couronnes et bridges Integrity® Multi•Cure ou un matériau composition fluide compatible, puis laisser durcir à la lumière conformément aux instructions du mode d'emploi. Pour modifier un contour de surface et/ou l'esthétique générale, découper la zone devant être modifiée avec une pointe en diamant à gros grains. Appliquer et faire durcir la ou les teintes désirées de matériau de caractérisation, conformément aux indications du mode d'emploi complet. L'application d'un agent adhésif n'est pas nécessaire pour la modification d'une restauration temporaire de couronne/bridge Integrity® Multi•Cure. Exécuter les étapes de finition, de polissage et de cémentation décrites ci-dessus.
2. Restaurations complètement durcies
   Le matériau de restauration temporaire pour couronnes et bridges Integrity® Multi•Cure se caractérise par d'excellentes propriétés mécaniques. Cependant, si un ou des éclats sont découverts, il est recommandé d'appliquer les procédures ci-dessous.
   - Avec une pointe de diamant à gros grains, poncer les surfaces des éclats pour les rendre rugueuses et placer les contre-dépouilles dans les espaces adjacents. Les pièces préparées peuvent être placées de manière intra-buccale pour obtenir plus facilement un ajustement et un alignement appropriés. Si les sections fracturées sont très endommagées, il est probablement préférable de refaire la restauration plutôt que de la réparer.
   - Utiliser du matériau temporaire pour couronnes et bridges Integrity® Multi•Cure fraîchement mélangé pour relier les pièces. Durcir à la lumière la zone réparée pendant 20 secondes ou la tenir en place une minute et laisser durcir naturellement pendant au moins 5 minutes. Retirer le matériau de la bouche, puis exécuter les étapes de finition et de polissage décrites ci-dessus.

Conseils techniques pour éviter les éclats et les fractures :
• S'assurer qu'il existe des espaces occlusaux/réductions de préparation convenables.
• Ajuster l'occlusion en éliminant les contacts indésirables.
• Prévoir un substrat adéquat pour les connecteurs lorsque des restaurations temporaires à unités multiples sont réalisées.
• Lors du retrait de la bouche avec une pince, faire attention de ne pas écraser la restauration temporaire de couronne/bridge Integrity® Multi•Cure.
• Les restaurations temporaires de couronnes et bridges Integrity® Multi•Cure sont durables sous des conditions d'usage temporaire normales. Plusieurs facteurs peuvent contribuer à leur durabilité, mais aucune longévité spécifique ne peut être garantie. Cependant, si des restaurations finales ne sont pas faites à l'intérieur d'un délai relativement court, il faudra songer à enlever et refaire les restaurations temporaires.

4. HYGIÈNE

ATTENTION

Danger de contamination
- Ne pas réutiliser un produit conçu pour un usage unique. Éliminer conformément aux réglementations locales.
- Recycler les produits réutilisables conformément aux indications ci-dessous.

Nettoyage du distributeur
Le pistolet distributeur à cartouche doit être nettoyé en le frottant avec de l'eau chaude et du savon ou du détergent. Le surplus de matériau peut être enlevé à l'aide d'une gaze imbibée d'alcool.

Désinfection du pistolet distributeur et de la cartouche
Désinfecter les pistolets distributeurs, les cartouches et les embouts usés laissés en place sur les cartouches avant de les ranger, à l'aide d'un désinfectant tuberculocide conformément aux réglementations nationales et locales en vigueur. Utiliser des matériaux de nettoyage humides, pas de produits pulvérisés.
REMARQUE : Un essuyage vigoureux peut endommager l'étiquette. Essuyer délicatement la cartouche.

Quelques agents à base de phénol et des produits à base d'iodophore pourront produire des taches sur la surface du pistolet distributeur. Les agents contenant des solvants organiques, comme l'alcool pourraient avoir tendance à dissoudre le distributeur et le plongeur en plastique. Pour des résultats optimaux, suivre attentivement le mode d'emploi du fabricant du désinfectant employé.

5. NUMÉRO DE LOT ET DATE DE PÉREMPTION

1. Ne pas utiliser après la date de péremption. Norme ISO utilisée : « AAAA/MM ».
2. Les références suivantes doivent être mentionnées dans toute correspondance :
   - Numéro de catalogue
   - Numéro de lot
   - Date de péremption

Integrity® Multi•Cure

Temporary Crown and Bridge Material

DIRECTIONS FOR USE – ENGLISH

For Dental Use Only
USA: Rx Only

1. PRODUCT DESCRIPTION

Integrity® Multi•Cure Temporary Crown and Bridge Material is an automixed two-component material based on multi-functional methacrylic esters, intended for use as both a short-and long-term temporary crown and bridge material. Integrity® Multi•Cure Temporary Crown and Bridge Material contains both autocure initiators and photoinitiators, providing reliable self curing of the material, with the operator's option of utilizing a light curing unit to finalize the cure, reducing treatment time.

1.1 Delivery forms
Integrity® Multi•Cure Temporary Crown and Bridge Material is available in:
• 76g Cartridges for use with 10:1 automixing gun
• 5 shades – BW, B1, A1, A2, A3.5

1.2 Composition
Glass filler; Methacrylate Monomers; Catalyst; Photoinitiator; Stabilizers

1.3 Indications
• Temporary crowns, bridges, inlays, onlays, veneers
• Long-term temporaries

1.4 Contraindications
Integrity® Multi•Cure Temporary Crown and Bridge Material is contraindicated for use with patients who have a history of severe allergic reaction to methacrylate resins.

1.5 Compatible temporary cements
Integrity® Multi•Cure Temporary Crown and Bridge Material temporary restorations can be cemented with most commonly used temporary luting agents. See manufacturer's complete Directions for Use for compatibility and specific technique. Most eugenol-containing temporary cements are compatible with Integrity® Multi•Cure Temporary Crown and Bridge Material. However, they can have a deleterious influence on resin-containing luting systems chosen for final restoration cementation.

1.6 Compatible restorative materials
Integrity® Multi•Cure Temporary Crown and Bridge Material is chemically compatible with conventional methacrylate-based composite restorative materials for marginal repair and aesthetic contouring and/or custom shading of temporary crowns. See manufacturer's complete Directions for Use for compatibility and specific technique.

1.7 Technical specifications and general material timing
For intraoral fabrication/extraoral curing, finishing, polishing:
- Immediately before each use . . . . . Bleed cartridge prior to inserting new mixing tip
- 0-15 seconds . . . . . Material dispensed into preliminary impression
- 15-45 seconds . . . . . Material inserted into mouth
- 1'30"-2'15" . . . . . Removal from mouth

Restoration Curing:
LIGHT CURE- spectral output containing 450nm, minimum light output at least 400mW/cm²
• 20 seconds per unit with hand-held curing light **OR** 60 seconds in extraoral VLC curing oven

CHEMICAL (SELF) CURE
• 5 minutes

2. GENERAL SAFETY NOTES

Be aware of the following general safety notes and the special safety notes in other sections of these directions for use.

CAUTION

Safety alert symbol
This is the safety alert symbol. It is used to alert you to potential personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury.

2.1 Warnings
1. Integrity® Multi•Cure Temporary Crown and Bridge Material contains polymerizable methacrylate monomers which may be irritating to skin, eyes and oral mucosa and may cause allergic contact dermatitis in susceptible persons.
   - **Avoid Eye Contact** to prevent irritation and possible corneal damage. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical attention.
   - **Avoid Skin Contact** to prevent irritation and possible allergic response. In case of contact, reddish rashes may be seen on the skin. If contact with skin occurs immediately remove material with cotton and alcohol and wash well thoroughly with soap and water. In case of skin sensitization or rash, discontinue use and seek medical attention.
   - **Avoid Contact with Oral Soft Tissues/Mucosa** to prevent inflammation. If accidental contact occurs, immediately remove material from the tissues. Flush mucosa with plenty of water after the restoration is completed and expectorate/evacuate the water. If inflammation of mucosa persists, seek medical attention.
2. The polymerization reaction of Integrity® Multi•Cure Temporary Crown and Bridge Material is exothermic. Do not apply directly to pulp tissue. Do not light cure material directly on or against tooth structure to prevent overheating of tooth preparation (see Step-By-Step Instructions).

2.2 Precautions
1. This product is intended to be used only as specifically outlined in the Directions for Use. Any use of this product inconsistent with the Directions for Use is at the discretion and sole responsibility of the practitioner.
2. Wear suitable protective eyewear, mask, clothing and gloves. Protective eyewear is recommended for patients.
3. Devices marked "single use" on the labeling are intended for single use only. Discard after use. Do not reuse in other patients in order to prevent cross-contamination.
4. Material should extrude easily: DO NOT USE EXCESSIVE FORCE. Excessive pressure may result in unanticipated extrusion of the material or cause cartridge rupture.
5. **Interactions:**
   - Integrity® Multi•Cure Temporary Crown and Bridge Material will adhesively bond to most dental adhesives. Use of a dentin/enamel adhesive on the preparation prior to restoration fabrication may make restoration removal and cleanup difficult.
   - Integrity® Multi•Cure Temporary Crown and Bridge Material may adhesively bond to freshly placed methacrylate and composite core buildup materials. Buildups should be fully cured, prepared, and rinsed thoroughly with forceful air/water spray before application of Integrity® Multi•Cure Temporary Crown and Bridge Material. If surfaces were not prepared or instrumented, wipe thoroughly with alcohol soaked gauze, then rinse with air/water spray.
   - Residual Integrity® Multi•Cure Temporary Crown and Bridge Material may interfere with the setting of some Vinyl Polysiloxane impression or bite registration materials. After initial restoration fabrication, prior to impression/registration, tooth preparations should be wiped thoroughly with alcohol soaked gauze, then rinsed with air/water spray.
   - Eugenol- and hydrogen peroxide-containing materials should not be used in conjunction with this product since they may interfere with hardening and cause softening of the polymeric components of the material.
   - Integrity® Multi•Cure Temporary Crown and Bridge Material is a light-cured material. Therefore, it should be protected from ambient light.

2.3 Adverse reactions
• Product may irritate the eyes and skin. **Eye contact:** irritation and possible corneal damage. **Skin contact:** irritation or possible allergic response. Reddish rashes may be seen on the skin. **Mucous membranes:** inflammation (see Warnings).
• Product may cause pulpal effects (see Warnings).

2.4. Storage conditions
Inadequate storage conditions may shorten the shelf life and may lead to malfunction of the product. Keep out of direct sunlight and store in a well ventilated place at temperatures between 15-25°C/59-77°F. Allow material to reach room temperature prior to use. Protect from moisture. Do not freeze. Do not use after expiration date.

3. STEP-BY-STEP INSTRUCTIONS FOR USE

Cartridge Dispensing Gun Instructions
1. Insert cartridge into dispensing gun
2. Bleed cartridge before installing new mixing tip
3. Dispensing
   Squeeze dispenser trigger with moderate and even pressure to begin mixing/dispensing material. Dispense a small amount through the mixing tip onto a mixing pad and discard. Proceed immediately to application.
4. Disinfect cartridge dispensing gun, cartridge and attached used mixing tip for storage.

Temporary Restoration Instructions

1. Preliminary impression
   1.1 Make an alginate or silicone impression of the quadrant including tooth/teeth to be prepared following manufacturer's Directions for Use.
   Technique Tip: Alternatively, a vacuum-formed matrix may be constructed on a cast (with diagnostic wax-up, contour modification as indicated).
   1.2 Trim the interdental gingival areas out of the preliminary impression in the area(s) to be restored to provide bulk for the later finishing of the Integrity® Multi•Cure Temporary Crown and Bridge restoration.
2. Prepare tooth/teeth
   2.1 Ensure adequate reduction for material thickness, especially on functional occlusal surfaces.
   2.2 Trial-fit impression (or vacuum-formed matrix) made in Step 1 to ensure adequate orientation. Rinse impression and lightly air dry.
   2.3 Block out preparation undercuts with wax or suitable material, clean tooth/teeth preparation with alcohol soaked gauze and/or air water spray and lightly dry. Do not desiccate tooth structure.
   Technique Tip: A thin layer of water-soluble lubricating medium may be applied to the tooth preparation to facilitate removal of the curing Integrity® Multi•Cure Temporary Crown and Bridge material.
3. Mixing and application
   NOTE: Allow Integrity® Multi•Cure Temporary Crown and Bridge Material to reach room temperature prior to use.
   3.1 Follow instructions for cartridge loading, bleeding and mixing tip installation. Use only the supplied mixing tips.
   3.2 Dispense a small amount through the mixing tip onto a mixing pad and discard. Without delay, begin dispensing Integrity® Multi•Cure Temporary Crown and Bridge material directly into the preliminary impression into the area of the preparation by injecting it into the deepest portion of the preliminary impression and then into the gingival areas, keeping the mixing tip immersed in the material to prevent bubbles. Reseat the preliminary impression into the patient's mouth in the proper relative position within 45 seconds of the start of mix.
   3.3 Leave impression in place for approximately 1'30".
4. Removal from mouth
   4.1 Remove the impression containing the Integrity® Multi•Cure Temporary Crown and Bridge restoration during the firm elastic stage. Monitor the curing process carefully because removal of the temporary restoration is only possible during the elastic phase. **NOTE:** Mouth temperature significantly influences set time. If the material remains on the preparation when the impression is removed, gently tease the restoration off with gauze. Use finger pressure only, and dislodge along the path of insertion. Do not rock or torque restoration off the preparation. Avoid the use of hemostats or other pliers that may distort the setting Integrity® Multi•Cure Temporary Crown and Bridge restoration.
   4.2 At this elastic phase, gross excess may be quickly trimmed with sharp scissors, being careful not to distort the restoration or margins.
5. Curing
   5.1 Do not replace restoration onto prepared tooth/teeth for final curing. Allow restoration to remain undisturbed, within or out of the matrix, as removed from the mouth, until initial set, approximately 5 minutes from start of mix. Alternatively, light cure the restoration with a curing light for 20" per unit or place impression containing restoration in an extraoral light curing oven for 60".
6. Finishing and polishing
   6.1 Remove the excess material and proximal undercuts with rotary instruments.
   6.2 Restoration may be polished with flour of pumice and acrylic polish or by use of Enhance® Finishing System and PoGo® Polishing System or Prisma®•Gloss™ Composite Polishing Paste System. (See complete Directions for Use supplied with polishing product chosen)
7. Luting the temporary restoration
   7.1 Check the fit and esthetics of the Integrity® Multi•Cure Temporary Crown and Bridge provisional restoration. If additions are necessary, see Repairing/Modifying the Temporary Restoration. The internal surface of the restoration should be clean and dry prior to cementation.
   7.2 Follow temporary luting agent manufacturer's complete Directions for Use for specific technique.

Repairing/Modifying the Temporary Restoration

1. Freshly made restorations
   For adjustment of margin discrepancies, roughen the area, extending slightly beyond the margin onto restoration surface. Apply a fresh mix of Integrity® Multi•Cure Temporary Crown and Bridge material or a compatible flowable composite and light cure as outlined in the complete Directions for Use. For surface contour and/or esthetic adjustment, cut back area to be modified with a coarse diamond. Apply and cure desired shade(s) of characterization material as outlined in the complete Directions for Use. Adhesive/Bonding agent application is not necessary for modifications to Integrity® Multi•Cure temporary crown and bridge restorations. Finish, polish and cement as outlined above.
2. Restorations in service
   Integrity® Multi•Cure temporary crown and bridge restorations are characterized by excellent mechanical properties. However, should breakage occur, the following procedures are recommended.
   • Roughen the surfaces of the breakpoint with a coarse diamond bur and place undercuts in the adjacent areas. Prepared parts may be placed intraorally to assure fit and proper alignment. If fractured sections do not approximate, consideration should be given to remaking, rather than repairing the restoration.
   • Use freshly mixed Integrity® Multi•Cure Temporary Crown and Bridge Material to connect the parts. Light cure the repair area for 20" or hold in place for 1 minute and allow to fully cure for a minimum of 5 minutes. Remove and finish and polish as outlined above.

Technique Tips to avoid breakage:

- Be sure adequate preparation reduction/occlusal clearance exists
- Adjust occlusion removing undesirable contacts
- Allow adequate bulk for connectors in multiple unit provisional restorations
- Avoid squeezing the Integrity® Multi•Cure Temporary Crown and Bridge restoration with pliers when removing restoration
- Integrity® Multi•Cure Temporary Crown and Bridge restorations are durable under usual provisional conditions. Many factors contribute to the longevity, thus no definitive lifespan can be stated. However, if final restorations are not planned to follow in timely succession, consideration must be given to subsequent removal and restoration remake.

4. HYGIENE

CAUTION

Cross-contamination

- Do not reuse single use products. Dispose in accordance with local regulations.
- Reprocess reusable products as described below.

Cleaning the dispenser

The cartridge dispensing guns may be cleaned by scrubbing with hot water and soap or detergent. Excess material may be cleaned with alcohol-moistened gauze.

Disinfection of the dispenser gun and cartridge

Disinfect dispenser guns, cartridges and used tips left in place on cartridges for storage with a hospital-level tuberculocidal disinfectant according to national and local regulations. Use impregnated wipes not sprays.
NOTE: Vigorous wiping can destroy the label. Wipe cartridge gently.

Some phenolic based agents and iodophor based products may cause surface staining. Agents containing organic solvents, such as alcohol may tend to dissolve the plastic dispenser and plunger. The disinfectant manufacturer's directions should be followed properly for optimum results.

5. LOT NUMBER AND EXPIRATION DATE

1. Do not use after expiration date. ISO standard uses: "YYYY/MM."
2. The following numbers should be quoted in all correspondences:
   • Reorder number
   • Lot number
   • Expiration date

©2011 DENTSPLY International. All rights reserved.

Manufactured by:
DENTSPLY Caulk
38 West Clarke Avenue
Milford, DE 19963 USA
Tel.: 1-302-422-4511
www.dentsply.com

Form #566602 (R 7/20/11)

DENTSPLY

Integrity® Multi•Cure

Coronas temporales y Material para puentes

INSTRUCCIONES DE USO – ESPAÑOL

Solo para uso odontológico
EE. UU.: solo con receta médica

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El material para coronas y puentes temporales Integrity® Multi•Cure contiene dos componentes automezclados a base de ésteres metacrílicos multifuncionales y está diseñado para utilizarse en la elaboración de coronas y puentes temporales de corto y largo plazo. El material para coronas y puentes temporales Integrity® Multi•Cure contiene iniciadores y fotoiniciadores de autocurado que permiten curar el material de manera segura y que el usuario utilice una unidad de fotocurado para finalizar el curado, lo cual reduce el tiempo de tratamiento.

1.1 Presentación

El material para coronas y puentes temporales Integrity® Multi•Cure se encuentra disponible en:
• Cartuchos de 76 g para uso con pistolas automezcladoras con una relación de 10:1.
• 5 tonos: BW, B1, A1, A2, A3.5.

1.2 Composición

Material de relleno de vidrio, monómeros de metacrilato, catalizador, fotoiniciadores, estabilizadores.

1.3 Indicaciones

• Coronas, puentes, incrustaciones inlays y onlays, recubrimientos temporales.
• Materiales temporales de largo plazo.

1.4 Contraindicaciones

El material para coronas y puentes temporales Integrity® Multi•Cure está contraindicado en el caso de pacientes con antecedentes de reacciones alérgicas graves a las resinas de metacrilato.

1.5 Cementos temporales compatibles

Las restauraciones temporales con material para coronas y puentes temporales Integrity® Multi•Cure pueden cementarse con los agentes de sellado temporal de uso habitual. Consulte las Indicaciones de uso del fabricante para comprobar la compatibilidad y la técnica específica. La mayoría de los cementos temporales que contienen eugenol son compatibles con el material para coronas y puentes temporales Integrity® Multi•Cure. Sin embargo, pueden tener efectos perjudiciales sobre los sistemas de sellado que contienen resinas y que se utilizan para la cementación definitiva de la restauración.

1.6 Materiales de restauración compatibles

El material para coronas y puentes temporales Integrity® Multi•Cure es químicamente compatible con los materiales de restauración convencionales que contienen compuestos a base de metacrilato y se utilizan para realizar reparaciones marginales y contorneado estético o para aplicar tonalidades personalizadas a las coronas temporales. Consulte las Indicaciones de uso del fabricante para comprobar la compatibilidad y la técnica específica.

1.7 Especificaciones técnicas y tiempos que generalmente requiere el material

Para la reparación intraoral y el curado, acabado y pulido extraoral:

- Inmediatamente antes de cada uso. . . . . purgue el cartucho antes de colocar una punta mezcladora nueva.
- 0 a 15 segundos. . . . . Aplique el material sobre la impresión preliminar.
- 15 a 45 segundos. . . . . Coloque el material en la boca.
- 1'30"-2'15" . . . . . Extraiga la impresión de la boca.

Curado de la restauración:

FOTOCURADO: fuente espectral que contenga 450 nm, fuente de luz mínima de 400 mW/cm^2.
• 20 segundos por unidad con lámpara de fotocurado de mano; o bien, 60 segundos con horno de curado extraoral con polimerización por luz visible (Visible Light Curing, VLC).

(AUTO)CURADO QUÍMICO
• 5 minutos.

2. INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

Tenga en cuenta las siguientes instrucciones generales de seguridad y las instrucciones especiales de seguridad que se encuentran en otras secciones de estas instrucciones de uso.

PRECAUCIÓN

Símbolo de alerta de seguridad
Este símbolo representa una alerta de seguridad. Se utiliza para advertir sobre los posibles riesgos de lesiones personales. Respete todos los mensajes de seguridad que acompañan a este símbolo para evitar posibles lesiones.

2.1 Advertencias

1. El material para coronas y puentes temporales Integrity® Multi•Cure contiene monómeros de metacrilato polimerizables que pueden irritar la piel, los ojos y la mucosa oral y pueden causar dermatitis alérgica de contacto en personas propensas.
   • Evite el contacto con los ojos para prevenir irritaciones y posibles daños en la córnea. En caso de que se produzca un contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con abundante agua y consulte con un médico.
   • Evite el contacto con la piel para prevenir irritaciones y posibles reacciones alérgicas. Podrían observarse erupciones cutáneas y enrojecimiento de la piel. En caso de que se produzca un contacto con la piel, retire inmediatamente el material con algodón y alcohol y lave bien la zona con agua y jabón. En caso de que se produzca sensibilización de la piel o erupciones cutáneas, interrumpa el uso del producto y consulte con un médico.
   • Evite el contacto con el tejido blando o la mucosa bucal para prevenir la inflamación. Si se produce un contacto accidental, retire inmediatamente el material de los tejidos. Se debe enjuagar la mucosa con abundante agua una vez que haya finalizado la restauración y escupir/evacuar el agua. Si la inflamación de la mucosa persiste, consulte con un médico.
2. La reacción del material para coronas y puentes temporales Integrity® Multi•Cure a la polimerización es exotérmica. No lo aplique directamente sobre el tejido pulpar. Para prevenir el calentamiento excesivo de la preparación dentaria, no realice fotocurado a los materiales directamente sobre la estructura del diente o contra esta (consulte las Instrucciones paso a paso).

2.2 Precauciones

1. Este producto está diseñado para utilizarse exclusivamente según lo especificado en las Instrucciones de uso. El uso de este producto de forma diferente de lo especificado en las Instrucciones de uso será bajo el criterio y la exclusiva responsabilidad del profesional que lo utilice.
2. Utilice gafas, mascarilla, ropa y guantes de protección apropiados. Se recomienda que los pacientes también utilicen gafas de protección.
3. Los dispositivos que incluyan etiquetas con la frase "un solo uso" deben utilizarse una sola vez. Deséchelos después de utilizarlos. No deben volver a utilizarse en otros pacientes para evitar la contaminación cruzada.
4. El material debería extrudir fácilmente: NO EMPLEE DEMASIADA FUERZA. La presión excesiva puede hacer que el material se extruda de forma imprevista o causar la ruptura del cartucho.
5. **Interacciones:**
   • El material para coronas y puentes temporales Integrity® Multi•Cure se adhiere a la mayoría de los adhesivos dentales. El uso de un adhesivo de dentina o esmalte en la preparación previa a la elaboración de la restauración puede dificultar su extracción y limpieza.
   • El material para coronas y puentes temporales Integrity® Multi•Cure puede adherirse al metacrilato y a los materiales compuestos para la reconstrucción del muñón que se hayan colocado recientemente. Antes de aplicar el material para coronas y puentes temporales Integrity® Multi•Cure, se debe curar, preparar y lavar bien la zona a reconstruir con un pulverizador potente de agua a presión. Si las superficies no se prepararon o acondicionaron con instrumentos, límpielas bien con una gasa impregnada en alcohol y luego enjuáguelas con un pulverizador de agua a presión.
   • El material para coronas y puentes temporales Integrity® Multi•Cure puede interferir en el fraguado de algunos materiales para impresiones de vinil polisiloxano o para la impresión de la mordida. Después de la primera etapa de preparación de la restauración y antes de realizar la impresión, debe limpiar bien las preparaciones dentarias con una gasa impregnada en alcohol y luego enjuagarlas con un pulverizador de agua a presión.
   • No se deben utilizar materiales dentales que contengan eugenol y peróxido de hidrógeno junto con este producto ya que su uso puede interferir en el endurecimiento y provocar el ablandamiento de los componentes poliméricos del material.
   • El material para coronas y puentes temporales Integrity® Multi•Cure se cura mediante fotocurado. Por lo tanto, debe estar protegido de la luz ambiental.

2.3 Reacciones adversas

• Este producto puede irritar los ojos y la piel. **Contacto con los ojos:** irritación y posibles daños en la córnea. **Contacto con la piel:** irritación o posible reacción alérgica. Podrían observarse erupciones cutáneas y enrojecimiento de la piel. **Membranas mucosas:** inflamación (consulte la sección Advertencias).
• Este producto puede producir reacciones adversas sobre la pulpa (consulte la sección Advertencias).

2.4. Condiciones de almacenamiento

El almacenamiento inadecuado puede reducir la vida útil y causar un funcionamiento defectuoso del producto. No exponga el producto a la luz directa del sol. Guárdelo en un lugar bien ventilado a una temperatura de entre 15°C y 25°C (59°F y 77°F). Deje que el material alcance la temperatura ambiente antes de usarlo. Protéjalo de la humedad. No lo congele. No utilice el producto después de la fecha de caducidad.

3. INSTRUCCIONES DE USO PASO A PASO

Instrucciones para la pistola dispensadora con cartucho

1. Introduzca el cartucho en la pistola dispensadora.
2. Purgue el cartucho antes de colocar una punta mezcladora nueva.
3. Aplicación
   Para comenzar a mezclar/aplicar el material, ejerza una presión moderada y uniforme sobre el gatillo de aplicación. Aplique una pequeña cantidad de material con la punta mezcladora en un bloque de mezcla y deséchelo. Proceda inmediatamente a realizar la aplicación.
4. Desinfecte la pistola dispensadora con cartucho, el cartucho y la punta mezcladora que utilizó antes de guardarlos.

Instrucciones para las restauraciones temporales

1. Impresión preliminar
   1.1 Realice una impresión del cuadrante con alginato o silicona que incluya el o los dientes que se prepararán de acuerdo con las Instrucciones de uso del fabricante.
   Sugerencia técnica: también se puede realizar una matriz al vacío sobre un molde (con encerado diagnóstico y modificación del contorno según las indicaciones).
   1.2 Extraiga las zonas gingivales interdentales de la impresión preliminar en las áreas que deben restaurarse para proporcionar más espacio para el posterior acabado de la restauración con material para coronas y puentes temporales Integrity® Multi•Cure.
2. Preparación de los dientes
   2.1 Asegúrese de reducir correctamente el grosor del material, en especial de las superficies oclusales funcionales.
   2.2 Intente encajar la impresión (o la matriz realizada al vacío) que creó en el Paso 1 para garantizar la orientación correcta. Enjuague la impresión y déjela secar al aire.
   2.3 Bloquee los recortes de la preparación con cera u otro material adecuado, limpie la preparación dentaria con una gasa embebida en alcohol o con un pulverizador de agua a presión y seque ligeramente. No permita que la estructura del diente se reseque.
   Sugerencia técnica: se puede aplicar una capa fina de lubricante hidrosoluble a la preparación dentaria para facilitar la extracción del curado del material para coronas y puentes temporales Integrity® Multi•Cure.
3. Mezcla y aplicación
   NOTA: deje que el material para coronas y puentes temporales Integrity® Multi•Cure alcance la temperatura ambiente antes de utilizarlo.
   3.1 Siga las instrucciones para cargar y purgar el cartucho y para colocar la punta mezcladora. Utilice solo las puntas mezcladoras suministradas.
   3.2 Aplique una pequeña cantidad de material con la punta mezcladora en un bloque de mezcla y deséchelo. Inmediatamente comience a aplicar el material para coronas y puentes temporales Integrity® Multi•Cure directamente sobre la impresión preliminar en la zona de preparación. Para hacerlo, debe inyectar el material en la zona más profunda de la impresión preliminar y luego en las zonas gingivales y debe mantener la punta dentro del material para evitar la formación de burbujas. Vuelva a colocar la impresión preliminar en la boca del paciente en la posición correcta antes de que hayan transcurrido 45 segundos del comienzo de la mezcla.
   3.3 Deje reposar la impresión durante aproximadamente 1 minuto y medio.
4. Extracción de la impresión
   4.1 Retire la impresión que contiene material para reconstrucción de coronas y puentes temporales Integrity® Multi•Cure mientras tenga una consistencia elástica firme. Controle el proceso de curado cuidadosamente ya que el material de restauración temporal solo se puede extraer mientras tenga una consistencia elástica. **NOTA:** la temperatura de la boca influye en gran medida en los tiempos de fraguado previstos. Si quedan restos del material en la preparación en el momento de extraer la impresión, retírelos cuidadosamente con una gasa. Solo presione con los dedos y retírela de la misma manera que la colocó. No arranque ni tuerza el material de restauración de la preparación dentaria. Evite el uso de pinzas hemostáticas u otras pinzas que puedan deformar la restauración elaborada con material para coronas y puentes temporales Integrity® Multi•Cure.
   4.2 En esta fase elástica, se puede quitar el excedente de material con tijeras afiladas cuidadosamente para no deformar la restauración o los márgenes.
5. Curado
   5.1 No vuelva a colocar la restauración en los dientes ya preparados para realizar el curado final. Asegúrese de que la restauración permanezca intacta, ya sea dentro o fuera de la matriz, tal como fue extraída de la boca hasta el fraguado inicial, aproximadamente 5 minutos después de haber comenzado a preparar la mezcla. También puede fotocurar la restauración durante 20 segundos por unidad o colocar la impresión con la restauración en un horno de fotocurado extrabucal durante 60 segundos.
6. Acabado y pulido
   6.1 Extraiga el material y los bordes excedentes con instrumentos rotatorios.
   6.2 Se puede pulir la restauración con polvo de piedra pómez y pulimento de acrílico, mediante el sistema de acabado y pulido Enhance® y el sistema de pulido PoGo® o a través del sistema de pastas para pulido de compuestos Prisma®•Gloss™. (Consulte las Instrucciones de uso completas que acompañan al producto de pulido que haya elegido).
7. Sellado de la restauración temporal
   7.1 Compruebe que la restauración temporal con material para coronas y puentes temporales Integrity® Multi•Cure encaje y sea estética. Si debe realizar adiciones, consulte la sección "Reparación o modificación de la restauración temporal". La superficie interna de la restauración debe estar limpia y seca antes de realizar la cementación.
   7.2 Para realizar una técnica específica, siga todas las Instrucciones de uso del fabricante del agente de sellado.

Reparación o modificación de la restauración temporal

1. Restauraciones nuevas
   Para ajustar márgenes irregulares, raspe la zona hasta apenas exceder el margen de la superficie de restauración. Aplique una nueva mezcla de material para coronas y puentes temporales Integrity® Multi•Cure o un compuesto fluido compatible y realice el fotocurado tal como se especifica en las Instrucciones de uso. Para el ajuste estético o del contorno de la superficie, recorte el área que se modificará con una piedra de diamante gruesa. Aplique el o los tonos de caracterización deseados al material y cúrelo según se especifica en las Instrucciones de uso. No es necesario aplicar agentes adhesivos para modificar las restauraciones elaboradas con material para coronas y puentes temporales Integrity® Multi•Cure. El acabado, el pulido y la cementación se deben realizar tal como se especificó anteriormente.
2. Mantenimiento de restauraciones
   Las restauraciones elaboradas con material para coronas y puentes temporales Integrity® Multi•Cure se caracterizan por poseer excelentes propiedades mecánicas. Sin embargo, en caso de que se produzca una rotura, se recomienda seguir el procedimiento que se indica a continuación.
   • Raspe la superficie de la zona de rotura con el borde de una piedra de diamante gruesa y coloque los excedentes en las áreas adyacentes. Las piezas elaboradas pueden colocarse dentro de la boca para garantizar que encajen y se alineen de forma correcta. Si las secciones rotas no se unen, deberá considerar la posibilidad rehacer la restauración en lugar de repararla.
   • Utilice material para coronas y puentes temporales Integrity® Multi•Cure recién mezclado para unir las partes. Cure con luz la zona que desea reparar durante 20 segundos, o bien déjela reposar durante 1 minuto y espere 5 minutos como mínimo para que se cure completamente. Extráigala y proceda a realizar el acabado y el pulido como se especificó anteriormente.

Sugerencias técnicas para evitar la rotura:

- Asegúrese de reducir la cantidad de preparación o limpiar la zona de oclusión correctamente.
- Ajuste la zona de oclusión mediante la extracción de uniones no deseadas.
- Si se realizan restauraciones provisinales de varias unidades, deje un espacio adecuado entre las uniones.
- Al extraer la restauración elaborada con material para coronas y puentes temporales Integrity® Multi•Cure, evite oprimirla con pinzas.
- Las restauraciones elaboradas con material para coronas y puentes temporales Integrity® Multi•Cure son duraderas bajo condiciones de uso comunes. Existen muchos factores que contribuyen a su duración; por lo tanto, no se puede especificar un período de vida útil definitivo. Sin embargo, si no se planea realizar restauraciones definitivas posteriormente, se debe considerar la posibilidad de extraer la restauración y volver a realizarla posteriormente.

4. LIMPIEZA

PRECAUCIÓN

Contaminación cruzada

- No vuelva a utilizar los productos destinados a un solo uso. Deséchelos de acuerdo con la normativa local.
- Vuelva a procesar los productos reutilizables como se describe a continuación.

Limpieza de la pistola dispensadora

Para limpiar las pistolas dispensadoras con cartucho, se puede utilizar agua caliente y jabón o detergente. El exceso de material puede limpiarse con una gasa humedecida con alcohol.

Desinfección de la pistola dispensadora y el cartucho

Para guardar los elementos utilizados, desinfecte las pistolas dispensadoras, los cartuchos y las puntas mezcladoras que hayan quedado en los cartuchos con un desinfectante tuberculicida apropiado de uso hospitalario, de acuerdo con las normas locales y nacionales. Utilice paños humedecidos en lugar de pulverizadores.
NOTA: al frotar con demasiada fuerza puede destruir la etiqueta. Limpie el cartucho suavemente con un paño.

Algunos elementos de base fenólica o productos de base yodofórica pueden manchar la superficie. Los agentes que contienen disolventes orgánicos, como el alcohol, tienden a disolver el dispensador y el émbolo de plástico. Para obtener resultados óptimos, se deben respetar las instrucciones del fabricante del desinfectante.

5. NÚMERO DE LOTE Y FECHA DE CADUCIDAD

1. No utilice el producto después de la fecha de caducidad. Las normas ISO utilizan el formato: "AAAA/MM".
2. Deberá citar las siguientes referencias cuando se comunique con nosotros:
   • Número de referencia para nuevos pedidos.
   • Número de lote.
   • Fecha de caducidad.